SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

27-300 Lipsko ul. Śniadeckiego 2
tel. (48) 378-35-00 fax. (48) 378-36-63
NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773
www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl e-mail: 1400081@zoz.org.pl

Znak Sprawy: ZP/04/2018 Lipsko, dnia 21.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ***NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 - DIFF***, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547056-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 2018-04-18 r. wszczął postępowanie ***NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF.*** Niestety na etapie przygotowania dokumentacji postępowania doszło do błędnego określenia opisu przedmiotu zamówienia polegającego na nieuprawnionemu zawężaniu liczby potencjalnych Wykonawców mających możliwość złożenia oferty doszło do uchybienia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie niezachowania uczciwej konkurencji oraz braku równego traktowania Wykonawców. W formularzu minimalnych i punktowanych parametrów analizatorów hematologicznych 5 diff stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający określił dyskryminujące minimalne zakresy parametrów granicznych. W szczególności:

1. W punkcie nr 5: *Liniowość pomiaru WBC bez konieczności dodatkowego rozcieńczania 0-350 tyś/mikroL oraz liniowość PLT od 0 do 4 mln/mikroL.*
2. *W puncie nr 7: Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów - jako komplementarne metody. stosowane w analizatorze – których wyniki są porównywane - w celu uniknięcia rezultatów nieprawidłowych dla próbek patologicznych:*
   - *optyczna*
   - *fluorescencyjna cytometria przepływowa*
3. *W puncie nr 18: Możliwość oznaczenia płynów z jam ciała w osobnym trybie pomiarowym bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników.*

Zastosowanie takich parametrów spowodowało ograniczenie możliwości uzyskania potencjalnych ofert do jednego Wykonawcy.
Błędów tych nie udało się również zlikwidować w trakcie udzielania wyjaśnień do zadawanych pytań w dniu 24.04.2018 r. Zamawiający również nie zachował zasad wynikających z art. 32 ust. 1 dotyczących określenia szacunkowej wartości zamówienia. Błędy te okazały się na tyle poważne że w opinii zamawiającego postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Otrzymują:
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu i strona internetowa zamawiającego

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marcin Skoczylas

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
Nina Siejko

..... /sporządził/

..... /zatwierdził/