SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2
tel. (48) 378-36-00 fax. (48) 378-36-63
NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773
www.szpitallipsko.pl e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

Znak sprawy: ZP/04/2020 Lipsko, dnia 22.05.2020 r.

WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 2

I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO SYSTEMU OB Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH**, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539988-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

ZESTAW PYTAN NR 1

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do analizy OB pasujących do oferowanego aparatu, których pojemność pobieranej krwi wynosi 1,28 ml? W pytaniu zadanym przez wykonawcę błędnie podano pojemność pobieranej krwi tj. 1,25 zamiast 1,28 ml. Skoro Zamawiający dopuścił probówki na 1,25 ml, to również powinien dopuścić probówki na 1,28 ml krwi., gdyż jest to nieznacząca różnica.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 odpowiedzi Zamawiającego udzielonej na Zestaw pytań nr 3, Pytania i Odpowiedź nr 2. Czy Zamawiający dopuści probówki do OB., które posiadają znacznik objętości pobrania na probówce, a nie na nalepce, oraz znacznik ten występuje w postaci dwóch pierścieni wokół probówki, wyznaczających zakres pobrania krwi właściwy do odczytu OB. w analizatorze?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW PYTAN NR 2

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający wymaga włączenia aparatu do OB. do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, jeśli tak to czy koszt podłączenia poniesie wykonawca?
Odpowiedź nr 1. Ewentualny poniesiony koszt podłączenia aparatu do OB do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego powinien zostać uwzględniony w cenie oferty Wykonawcy.

ZESTAW PYTAN NR 3

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji probówki ze znacznikiem prawidłowego wypełnienia probówki, umieszczonym bezpośrednio na probówce?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 11: Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga adapteru, służącego bezpośrednio do bezpiecznego, wolnego od efektu aerozolowego, przesiewania materiału badanego z dodatniej butelki bez użycia np. strzykawki, w formie adaptera z dwustronną igłą, której

wewnętrzna część służy do przekłuwania korka butelki, a część zewnętrzna pozwala na nakropienie materiału z butelki na płytkę z podłożem?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wymaga.

Otrzymują:
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu i strona internetowa

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
M. Skoczylas
mgr Marcin Skoczylas

.....
/sporządził/

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
mgr Maria Chmielnicka

.....
/zatwierdziła/