



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**



27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2
tel. (48) 378-36-00 fax. (48) 378-36-63

NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773
www.szpitallipsko.pl e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl



Znak sprawy: ZP/12/2020

Lipsko, dnia 21.08.2020 r.

**WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA**

Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do ogłoszenia

I. W związku z pytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, W RAMACH PROJEKTU PT. DOPOSAŻENIE PLACÓWEK SZPITALA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY SŁUŻĄCY POPRAWIE JAKOŚCI USŁUG ORAZ DIAGNOZOWANIU I LECZENIU SCHORZEŃ ZGODNIE Z POLICY PAPER**, zamieszczonym na stronie internetowej dnia 2020-08-17 roku

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1: do zadania nr 6- System infuzyjny na stanowisko pacjenta w OAiT:
Dotyczy pozycji nr 1.3-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokującej o wadze 5,4 kg.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1: Część 1 – Aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt. Dotyczy Załącznika nr 2.
Pkt 7.5 Czy spełni wymóg Zamawiającego monitor wyposażony w gniazdo RJ-45 umożliwiające połączenie z siecią typu Ethernet, z możliwością rozbudowy o integracje ze szpitalnymi systemami informatycznymi (HIS) oraz klinicznymi systemami informatycznymi (CIS) służącymi do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów za pośrednictwem dedykowanych modułów lub serwerów komunikacyjnych wykorzystujących np. protokół HL7?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Część 1 – Aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt. Dotyczy Załącznika nr 2.
Pkt 1.14 Czy Zamawiający dopuści autotest szczelności aparatu i włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem? Taka procedura daje możliwość sprawdzenia szczelności aparatu i stosowanych parowników.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Część 1 – Aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt. Dotyczy Załącznika nr 2.
Pkt 6.2 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętko i ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie, bez możliwości sterowania kardiomoniorem wyłącznie poprzez pokrętko i przyciski?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Część 1 – Aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt. Dotyczy Załącznika nr 2.
Pkt 7.7 – Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany w punkcie 7.7 wykaz części zamiennych wymagany będzie wraz z dostawą aparatu, podobnie jak instrukcja obsługi.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5: Dotyczy Załącznika nr 3– wzór umowy: par. 11 ust. 3b Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający zmienia zapisy umowy zgodnie z zawartą sugestią. Jednocześnie publikujemy ujednolicony wzór umowy.

Pytanie nr 6: Dotyczy Załącznika nr 3– wzór umowy: par. 11 ust. 7 Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w razie zastosowania par. 11 ust. 7 Umowy Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, przeprowadzonej w ten sposób naprawy lub zmianę treści ust. 7 w sposób następujący:

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 c) Umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta sprzętu, na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7: Dotyczy Załącznika nr 3– wzór umowy: Par. 12 ust. 1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz ok. 10% w przypadku odstąpienia. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8: Dotyczy Załącznika nr 3– wzór umowy: Par. 12 ust. 1 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej i dodanie zapisu:

"Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową."

Odpowiedź nr 8: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 9: Dotyczy Załącznika nr 3– wzór umowy: Par. 12 ust. 1 Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawnionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie w par. 2 ust. 5-7 słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop do trudnych intubacji o następujących parametrach:

1. Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 "
 2. Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni
 3. Kamera CMOS
 - 4 Źródło światła: LED
 5. Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii
 6. Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.
 7. Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii
 8. Waga urządzenia nie większa niż 250g
 9. Ochrona przed wnikaniem wody min IPx7
 10. Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 2,3,4
 11. Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3
- Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza.**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część postępowania i wiążą wszystkie strony postępowania. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami przesunięto termin składania ofert na dzień 27.08.2020 godzina 10.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 27.08.2020 godzina 10.15.

Otrzymują:
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu
Strona internetowa Zamawiającego.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
M. Skoczylas
mgr Marcin Skoczylas

.....
/sporządził/

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wrocławskiego
mgr Maria Chmielnicka

.....
/zatwierdził/